

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO  
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI  
PALAZZINA SEBI  
CHIETI  
Telefono 0871-358706  
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

Bando Esplorativo del 31/01/2019 N.2/A

per l'acquisizione di dispositivi medici infungibili

tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara finalizzata alla definizione di accordo quadro biennale del valore complessivo presunto di €. 33.000,00 + IVA.

“DISPOSITIVI MEDICI VARI PER UOC PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DEL P.O. "G. BERNABEO" DI ORTONA (CH).

**SCADENZA 18/02/19**

Il presente bando esplorativo, avente anche la funzione di determina a contrarre è finalizzato alla verifica di esistenza nel mercato di riferimento di ulteriori prodotti aventi specifiche tecniche “*equivalenti*” e, pertanto, di perfetta e piena sostituibilità, rispetto ai seguenti n.5 dispositivi conosciuti e di seguito indicati (**contraddistinti dalla lettere A,B,C,D,E**):

**Dispositivo A)**

- fabbisogno annuo presunto 20 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 225,00;
- nome commerciale del dispositivo: **VITRIFIT GREEN**;
- produttore: ORIGIO ITALIA SPA
- Distributore: ORIGIO ITALIA SPA
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: DISPOSITIVO INDISPENSABILE PER LA PROCEDURA DI VITRIFICAZIONE DI OVOCITI ED EMBRIONI (RAPPRESENTA IL SUPPORTO SU CUI ESSI VENGONO CONGELATI);
- caratteristiche tecniche:
  - VITRIFICAZIONE CON SISTEMA APERTO
  - FORMA ESAGONALE
  - PERFETTA ADERENZA TRA PALETTE E COPERCHIO
  - AREA DI CARICAMENTO INCURVATA
  - INDICATORI DI POSIZIONAMENTO

**dispositivo B)**

- fabbisogno annuo presunto: 1800 pezzi
- prezzo unitario a base d'asta: € 1,75;
- nome commerciale del dispositivo: **IVF MULTIDISH**;
- produttore: BIOCARE EUROPE SRL
- distributore: BIOCARE EUROPE SRL
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: COLTURA DI EMBRIONI;
- caratteristiche tecniche: PIASTRA STERILE A 4 POZZETTI IN POLISTIRENE PER COLTURA DI EMBRIONI

**dispositivo C):**

- fabbisogno annuo presunto 10 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 139,00;
- nome commerciale del dispositivo: **VITROLIFE G2 PLUS**;
- produttore: A.T.S. SRL
- Distributore: A.T.S. SRL
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: IL TERRENO RICHIESTO È UN MEZZO DI COLTURA PER EMBRIONI UMANI IN UNO STADIO EVOLUTIVO DA 8 CELLULE A BLASTOCITI;
- caratteristiche tecniche: TERRENO DI COLTURA CONTENENTE TAMPONE DI BICARBONATO, ALBUMINA DI DIERO UMANO, HYALURONAN E GENTAMICINA

**dispositivo D):**

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO  
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI  
PALAZZINA SEBI  
CHIETI  
Telefono 0871-358706  
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

- fabbisogno annuo presunto 10 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 250,00;
- nome commerciale del dispositivo: **PUNTALI STERILI V-DEN 135**;
- produttore: BIOCARE EUROPE SRL
- Distributore: BIOCARE EUROPE SRL
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: I PUNTALI STERILI DA 135 um VENGONO UTILIZZATI PER LA MANIPOLAZIONE DI OVOCITI ED EMBRIONI;

caratteristiche tecniche: MICROPIPETTE MONOUSO FLESSIBILI E INFRANGIBILI PER DENUDING E MANIPOLAZIONE DI EMBRIONI E OVOCITI. PRESENTANO DIAMETRO DI 135 um.

**dispositivo E):**

- fabbisogno annuo presunto 20 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 250,00;
- nome commerciale del dispositivo: **PUNTALI STERILI V-DEN 175**;
- produttore: BIOCARE EUROPE SRL
- Distributore: BIOCARE EUROPE SRL
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: I PUNTALI STERILI DA 175 um VENGONO UTILIZZATI PER LA MANIPOLAZIONE DI OVOCITI ED EMBRIONI;
- caratteristiche tecniche: MICROPIPETTE MONOUSO FLESSIBILI E INFRANGIBILI PER DENUDING E MANIPOLAZIONE DI EMBRIONI E OVOCITI. PRESENTANO DIAMETRO DI 175 um.

GLI OPERATORI ECONOMICI CHE RITENGANO DI PRODURRE E/O COMMERCIALIZZARE DISPOSITIVI COMPATIBILI CON CARATTERISTICHE FUNZIONALI EQUIVALENTI AI SUDETTI DISPOSITIVI MEDICI,

dovranno far pervenire entro e non oltre il **18/02/19** un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

**ASL 2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti, Ufficio Protocollo, Via Martiri Lancianesi, 16-19 66100 Chieti.**

Sul plico dovrà essere obbligatoriamente indicato:

- Ragione Sociale, indirizzo, recapiti telefonici, mail e pec della Ditta/e partecipante/i;
- Denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo del 31/01/19 N.2/A)

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda Tecnica del prodotto in lingua italiana o debitamente tradotta;
2. Codice prodotto rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal Repertorio dei dispositivi medici;
3. **Autodichiarazione a firma del legale rappresentate dell'O.E. attestante l'equivalenza prestazionale, e cioè che le caratteristiche del materiale sanitario offerto ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (art.68 comma 7 del D.Lgs.50/16 s.m.i.);**
4. Studi scientifici o altro materiale a corredo della ritenuta ed auto dichiarata equivalenza funzionale;

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO  
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI  
PALAZZINA SEBI  
CHIETI  
Telefono 0871-358706  
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

5. Costo Unitario da listino.

Firmato  
Il Rup  
Dr. Antonio Di Sciascio

Firmato  
Il Direttore A.B.S.  
Dr. Pierluigi Galassi

*IISTRUTTORE*  
*Dr. Alessandra Di Pillo*  
*tel 0871/358724*