

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI
PALAZZINA SEBI
CHIETI
Telefono 0871-358706
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

Bando Esplorativo del 1/02/2019 N.3/A

per l'acquisizione di dispositivi medici infungibili

tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara finalizzata alla definizione di accordo quadro biennale del valore complessivo presunto di

€ 61.760,00 + IVA.

"DISPOSITIVI MEDICI PER UOC DI SENOLOGIA CHIRURGICA DEL P.O. "G. BERNABEO" DI ORTONA (CH).

SCADENZA 22/02/19

Il presente bando esplorativo, avente anche la funzione di determina a contrarre è finalizzato alla verifica di esistenza nel mercato di riferimento di ulteriori prodotti aventi specifiche tecniche *"equivalenti"* e, pertanto, di perfetta e piena sostituibilità, rispetto ai seguenti n.5 dispositivi conosciuti e di seguito indicati (**contraddistinti dalla lettere A,B,C,D**):

Dispositivo A)

- fabbisogno annuo presunto 3 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 1.000,00;
- nome commerciale del dispositivo: **TILOOP BRA MEDIUM**;
- CND P900204
- REPERTORIO 574028
- CODICE PRODUTTORE: 6000637
- produttore: **pfm medical**
- Distributore: **SAN MEDICAL SRL di Segrate (MI)**
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: RICOSTRUZIONE MAMMARIA SOTTOMUSCOLARE.
- caratteristiche tecniche:
 - RETE PROTESICA TITANIZZATA PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA;

Dispositivo B)

- fabbisogno annuo presunto 4 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 1.000,00;
- nome commerciale del dispositivo: **TILOOP BRA LARGE**;
- CND P900204
- REPERTORIO 574029
- CODICE PRODUTTORE: 6000638
- produttore: **pfm medical**
- Distributore: **SAN MEDICAL SRL di Segrate (MI)**
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: RICOSTRUZIONE MAMMARIA SOTTOMUSCOLARE.
- caratteristiche tecniche:
 - RETE PROTESICA TITANIZZATA PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA;

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI
PALAZZINA SEBI
CHIETI
Telefono 0871-358706
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

Dispositivo C)

- fabbisogno annuo presunto 6 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 1.990,00;
- nome commerciale del dispositivo: **TILOOP BRA POCKET MEDIUM**;
- CND P900204
- REPERTORIO 1621513
- CODICE PRODUTTORE: 6001385
- produttore: **pfm medical**
- Distributore: **SAN MEDICAL SRL di Segrate (MI)**
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: RICOSTRUZIONE MAMMARIA PREPETTORALE CON PROTESI; RICOSTRUZIONE MAMMARIA PREPETTORALE CON ESPANSORE; INTRERVENTI DI RICOSTRUZIONE MAMMARIA DIFFERITA, INTERVENTI PER ESITI DI DISLOCAZIONE PROTESICA.
- caratteristiche tecniche:
 - RETE PROTESICA TITANIZZATA PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA;
 - REALIZZATO IN POLIPROPILENE TITANIZZATO;
 - FIBRA MONOFILAMENTO;
 - DIMENSIONE DEI PORI ≥ 1 mm.;
 - forza di tensione ≥ 16 N/cm;
 - bordi tagliati a laser;
 - 2 diverse misure;
 - nessuna influenza alla risonanza magnetica, raggi x e ultrasuoni;
 - titanizzazione: MESH ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE; GARANTISCE OTTIMA COLONIZZAZIONE; RIDOTTA CONTRAZIONE CAPSULARE; CONSERVAZIONE DELLA FORMA NATURALE DEL SENO.

Dispositivo D)

- fabbisogno annuo presunto 6 pezzi;
- prezzo unitario a base d'asta: € 1.990,00;
- nome commerciale del dispositivo: **TILOOP BRA POCKET LARGE**;
- CND P900204
- REPERTORIO 1621532
- CODICE PRODUTTORE: 6001387
- produttore: **pfm medical**
- Distributore: **SAN MEDICAL SRL di Segrate (MI)**
- indicazioni ed esigenze di natura diagnostica e terapeutica alla base della richiesta del prodotto: RICOSTRUZIONE MAMMARIA PREPETTORALE CON PROTESI; RICOSTRUZIONE MAMMARIA PREPETTORALE CON ESPANSORE; INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MAMMARIA DIFFERITA, INTERVENTI PER ESITI DI DISLOCAZIONE PROTESICA.
- caratteristiche tecniche:
 - RETE PROTESICA TITANIZZATA PER RICOSTRUZIONE MAMMARIA;
 - REALIZZATO IN POLIPROPILENE TITANIZZATO;
 - FIBRA MONOFILAMENTO;
 - DIMENSIONE DEI PORI ≥ 1 mm.;
 - forza di tensione ≥ 16 N/cm;
 - bordi tagliati a laser;
 - 2 diverse misure;
 - nessuna influenza alla risonanza magnetica, raggi x e ultrasuoni;
 - titanizzazione: MESH ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE; GARANTISCE OTTIMA COLONIZZAZIONE; RIDOTTA CONTRAZIONE CAPSULARE; CONSERVAZIONE DELLA FORMA NATURALE DEL SENO.

GLI OPERATORI ECONOMICI CHE RITENGANO DI PRODURRE E/O COMMERCIALIZZARE DISPOSITIVI COMPATIBILI CON CARATTERISTICHE FUNZIONALI EQUIVALENTI AI SUDDETTI DISPOSITIVI MEDICI,

dovranno far pervenire entro e non oltre il **22/02/19** un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 2 ABRUZZO
UOC ACQUISIZIONE E BENI E SERVIZI
PALAZZINA SEBI
CHIETI
Telefono 0871-358706
mail:provveditorato@asl2abruzzo.it

ASL 2 Abruzzo Lanciano-Vasto-Chieti, Ufficio Protocollo, Via Martiri Lancianesi, 16-19 66100 Chieti.

Sul plico dovrà essere obbligatoriamente indicato:

- Ragione Sociale, indirizzo, recapiti telefonici, mail e pec della Ditta/e partecipante/i;
- Denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo del 1/02/19 N. 3/A)

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda Tecnica del prodotto in lingua italiana o debitamente tradotta;
2. Codice prodotto rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal Repertorio dei dispositivi medici;
3. **Autodichiarazione a firma del legale rappresentate dell'O.E. attestante l'equivalenza prestazionale, e cioè che le caratteristiche del materiale sanitario offerto ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (art.68 comma 7 del D.Lgs.50/16 s.m.i.);**
4. Studi scientifici o altro materiale a corredo della ritenuta ed auto dichiarata equivalenza funzionale;
5. Costo Unitario da listino.

Firmato
Il Rup
Dr. Antonio Di Sciascio

Firmato
Il Direttore A.B.S.
Dr. Pierluigi Galassi

L'ISTRUTTORE
Dr. Alessandra Di Pillo
tel 0871/358724