

CHIARIMENTI DEL RUP DEL 09/04/2024

"Procedura Aperta Fornitura di dispositivi medici per UO di Senologia del PO "G. Bernabeo" di Ortona"

N.	Quesito	Risposta
1	Buongiorno, in riferimento alla campionatura si chiede se essa debba essere presentata entro la data di presentazione offerta.	NON SI CONFERMA. Si richiama quanto previsto in merito nell'art. 16 del disciplinare di gara (l'OE dovrà presentare una dichiarazione di impegno a produrre, a seguito di eventuale richiesta della Stazione Appaltante ed entro n. 10 giorni dalla medesima, la campionatura gratuita del dispositivo qualora ritenuta necessaria dalla Commissione giudicatrice per la valutazione del prodotto offerto). Per l'effetto il terzo paragrafo dell'art. 9 del Capitolato Tecnico di gara (Nel caso le ditte partecipanti devono presentare campionatura anche non sterile n. 3 pezzi per prodotto proposto entro gli stessi termini di scadenza per la presentazione dell'offerta) si applica per non apposto.
2	Buongiorno, si fa presente che il DGUE presente e compilabile in piattaforma prevede la compilazione di molti campi che non sono attinenti a quanto richiesto dal Disciplinare di gara e che bloccano la generazione del documento Si chiede di modificare tale Dgue o, in alternativa, concedere la possibilità di inserire un Dgue in formato word editabile.	NON SI CONFERMA la possibilità da parte della SA di modificare il DGUE presente in piattaforma. Preso atto di quanto segnalato si conferma la necessità di presentare comunque il DGUE presente in piattaforma compilando i campi ritenuti non attinenti alla presente gara con la seguente dicitura "Non richiesto dal disciplinare di gara"
3	Spett.le ASL 2, Data l'esiguità del valore di cauzione provvisoria da produrre (€ 63,00), siamo a richiedere esenzione dalla presentazione della cauzione provvisoria in fase di gara. Distinti saluti.	NON SI CONFERMA
4	Chiediamo informazione in merito alla modalità da utilizzare per il pagamento dell'imposta di bollo. - E' possibile utilizzare il modello F23 ? - E' presente un modello fornito dalla stazione appaltante? Se è possibile utilizzare il modello F23 richiediamo l'indicazione di tutte le diciture da utilizzare. Cordiali saluti	In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo si conferma che il pagamento potrà essere effettuato tramite il modello F23. I dati sono i seguenti: codice ufficio TAH U _ufficio territoriale di CHIETI, _codice tributo 456T IMPOSTA DI BOLLO. In alternativa è possibile produrre autocertificazione su carta intestata della Ditta, apponendo e dichiarando che la marca da bollo con codice identificativo numero xxxxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).
5	Chiediamo la conferma che sia possibile fornire sizer/protesi di prova non sterilizzabili, ovviamente garantendo l'invio di questi ogni qualvolta vengano utilizzati e sempre a titolo gratuito. Cordiali saluti	Nel bando di gara vi è indicato il principio di equivalenza che prevede il poter tener conto di caratteristiche "TIPO".

- IL RUP -



CHIARIMENTI DEL RUP DEL 09/04/2024

"Procedura Aperta Fornitura di dispositivi medici per UO di Senologia del PO "G. Bernabeo" di Ortona"

6	<p>Buongiorno, trasmettiamo i seguenti chiarimenti.</p> <p>1.Art. 9 Capitolato Tecnico - Campioni: si chiede di confermare che sia sufficiente presentare n. 2 campioni per ciascun lotto e che qualora la Commissione ne abbia la necessità, la campionatura presentata verrà integrata.</p> <p>2.Si chiede di confermare che, sebbene l'allegato "Modello elenco codici offerti" vada inserito nell'offerta tecnica in cui non deve essere inserito alcun elemento economico, nella colonna "% iva applicata" debba comunque essere inserito il valore dell'iva.</p> <p>3.per i lotti 1-3-4 si chiede di confermare che la testurizzazione dei prodotti faccia riferimento alla normativa ISO UNI EN ISO 14607:2018 (microtesturizzazione/macrotesturizzazione).</p> <p>4.Lotto 1 criteri di valutazione punto 2 sub 2.3 - numero di forme offerte (7 punti): si chiede di rivedere tale punteggio in quanto trattandosi di protesi rotonde non è possibile attribuire un punteggio alla forma essendo 1 perché trattasi di protesi rotonde (a differenza di come invece avviene per le protesi anatomiche).</p> <p>5.Lotto 4: si chiede di confermare che trattasi di refuso la descrizione "sia senza che con reperimento magnetico" in quanto si parla di espansori mammari temporanei rotondi e anatomici con valvola integrata.</p> <p>6.Lotto 4: si chiede di specificare che cosa si intenda nei criteri di valutazione al punto 9 per "facilità del meccanismo di espansione" e come verranno valutati i 2 punti.</p> <p>7.Lotto 5 voce 1 e voce 2: si chiede di confermare che, come per il lotto 1 e 3, si richiedono, "sizer, sterili e risterilizzabili (protesi di prova) per ciascuna protesi come forma e misura".</p> <p>8.Lotto 5: nei criteri di valutazione al punto 10 si chiede di confermare che trattasi di refuso la richiesta "sterilizzazione a vapore" e che si faccia riferimento alla "sterilizzazione a calore a secco".</p>	<p>1) Vedasi risposta al quesito n. 1</p> <p>2) Nel modello codici offerti dovrà essere inserito la percentuale di iva applicabile al prodotto e non il valore ivato del prodotto offerto (Iva 4% - 10% - 22%)</p> <p>3) Si conferma che per i lotti vige la normativa ISO 14607:2028</p> <p>4) la valutazione con punteggio da attribuire (7) verrà assegnato non alla forma ma al numero di dimensioni delle protesi</p> <p>5) Data la possibilità di eseguire RMN nelle paziente portatrici di espansore tissutale verranno presi in considerazione anche le possibili forniture di espansori senza placca metallica su valvola di rifornimento</p> <p>6) Per la facilità del meccanismo di espansione dell'espansore si intende la facilità di reperimento della valvola di rifornimento e i 2 punti verranno assegnati sia per la facilità di reperire la valvola di rifornimento sia la facilità nella manovra di espansione</p> <p>7) Si conferma quanto richiesto e descritto sul bando di gara (tenendo conto del principio di equivalenza)</p> <p>8) la valutazione della tipologia di sterilizzazione terrà conto della sterilizzazione a calore secco "si terrà conto del principio di equivalenza" sterilizzazione a vapore considerato come refuso nello sviluppo del bando</p>
7	<p>Buongiorno, nel modello "Modello elenco codici offerti" viene richiesto l'inserimento del codice GTIN e EAN. Chiediamo se possibile, visto la numerosità dei codici da inserire, lasciare le celle del "Modello elenco codici offerte" vuote ed allegare un documento aggiuntivo nella cartella delle documentazione tecnica che riporta tutti i codici richiesti.</p> <p>Cordiali saluti</p>	<p>NON SI CONFERMA</p>
8	<p>Buongiorno, nella sezione "relazione tecnica" è possibile allegare un file zip contenente tutti i documenti richiesti. Chiediamo se è necessario firmare digitalmente solo i file contenuti in questa oppure anche la cartella stessa.</p> <p>Cordiali saluti</p>	<p>E' possibile allegare un file zip contenente tutti i documenti richiesti firmati singolarmente</p>
9	<p>Documento DGUE. La compilazione del DGUE in formato elettronico richiedi obbligatoriamente la compilazione dei campi contrassegnati con il simbolo "asterisco" per poter procedere con la generazione del documento. Qualora alcuni di questi campi non siano pertinenti per l'operatore economico, come dobbiamo procedere per superare il blocco? E' possibile inserire la dicitura "Se il requisito non è valorizzato far riferimento alla documentazione di gara" che si trova indicata nella descrizione della richiesta?</p> <p>Cordiali saluti</p>	<p>Vedasi risposta al quesito n. 2</p>

- IL RUP -
A - D D. [signature]

CHIARIMENTI DEL RUP DEL 09/04/2024

"Procedura Aperta Fornitura di dispositivi medici per UO di Senologia del PO "G. Bernabeo" di Ortona"

<p>Gentili, in riferimento ai criteri di valutazione tecnica del lotto 6 e, nello specifico, al criterio denominato "programma di garanzia", si fa presente che tale criterio risulta non pertinente per un sistema di medicazione monouso con materiale consumabile. Si chiede quindi di annullare tale criterio di attribuzione del punteggio e redistribuire i 3 punti ad esso assegnati tra gli altri parametri di valutazione o di chiarire meglio cosa si intenda per programma di garanzia in presenza di un sistema monouso.</p> <p>10 Distinti saluti</p>	<p>Viene intesa come copertura di garanzia la durata nel tempo e la stabilità della confezione sia dal punto di vista della sterilità che della Performance della medicazione stessa si terrà conto della letteratura degli ultimi 10 anni e l'impact Factor</p>
--	--

- IC RUP -

